

Varenummer 1000003939

Kontrolkit, CoaguChek Pro II, inr, kølevare



Produktbeskrivelse

Kontrol til anvendelse sammen med CoaguChek Pro II. Et kontrolkit indeholder 8 glas med kontroller i to niveauer (4 glas med niveau 1 (0,9 - 1,3 INR) og 4 glas med niveau 2 (2,5 - 3,5 INR)), 8 pipetter og en kodechip. Pakningen skal opbevares på køl. Efter anbrud og klargøring af et glas, kan det holde sig i op til 30 dage på køl. Uåbnede glas kan på køl holde sig indtil udløbsdato.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kontrolkit
Varemærke	CoaguChek
Vareserie	Pro II
Features	Inr, kølevare
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C, dog valideret til 120 timer uden køl under transport.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	10.5 cm	6.5 cm	6.5 cm	4015630933235



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.