


Varenummer 1000012281

Blodprøvetagningsglas, serumanalyse, BD Vacutainer, serumrør, 6 ml, rød, PET**Produktbeskrivelse**

Anvendes til serum analyse. Indeholder Silica (Clot Activator)

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsglas
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Model	Serumrør
Farve	Rød
Materiale	PET
Længde/dybde	100 mm
Diameter	13 mm
Rumindhold, netto	6 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	18 cm	15 cm	11 cm	30382903678199
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.