



Varenummer 1999901865

Kontrol, CRP, QuikRead Go, Normal, 1 ml, kølevare



Produktbeskrivelse

QuikRead CRP kontrol er påtænkt til kvalitetskontrol af Quikread go instrument, kan anvendes med 10 µl eller 20 µl prøvemateriale. Quikread go crp kontrol er klar til brug og skal stabiliseres ved stuetemperatur i 30 min. inden brug. Blandes grundigt, men ikke rystes. Uåbnet holdbar indtil udløbsdato ved 2- 8 grader celsius. Åbnet holdbar i 60 dage ved 2- 8 grader celsius. Resultatet bør være inden for området som er vist på kontrollens etikette. Kontrollen er human-baseret og skal behandles på samme måde som en patientprøve. Kontrollen udføres som ved en normal Crp-måling. Denne kontrol anvendes til kontrol i det normale måleområde op til 25 mg/L.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kontrol
Varemærke	QuikRead
Vareserie	Go
Model	Normal
Features	Kølevare
Rumindhold, netto	1 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Doseringsinstruktioner	Ca. 25 mg/ l CRP
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C, dog valideret til 96 timer uden køl under transport.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7 cm	3.5 cm	3.8 cm	6438115001508



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.



Produktet er frysesikkert.