

Produktdatablad

Dansac Nova 2 Urostomi pose

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
Land: Danmark
Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark
Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
Tlf. nr.: 4846 5000
Fax nr.: 4913 8575
E-mail: dk.salg@dansac.com
Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac Nova 2 Urostomi

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:	Papir:	Glas:
Metal:	Latex:	Bomuld:
Andet:		Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, Polyester nonwoven, LDPE, PP PVC: ☒

Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen % af PVC:

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer:

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer:

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☐

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☒

Ja: ☐

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen

Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac Nova 2 Urostomi poser


Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse Ring	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1217-36	1217-36	5709817365016	Dansac Nova 2 Urostomi, sym, hud	36	10 stk.	10 æsker	-	nej
1217-43	1217-43	5709817365047	Dansac Nova 2 Urostomi, sym, hud	43	10 stk.	10 æsker	-	nej
1217-55	1217-55	5709817365078	Dansac Nova 2 Urostomi, sym, hud	55	10 stk.	10 æsker	-	nej
1218-36	1218-36	5709817365160	Dansac Nova 2 Urostomi, sym, klar	36	10 stk.	10 æsker	-	nej
1218-43	1218-43	5709817365139	Dansac Nova 2 Urostomi, sym, klar	43	10 stk.	10 æsker	-	nej
1218-55	1218-55	5709817365108	Dansac Nova 2 Urostomi, sym, klar	55	10 stk.	10 æsker	-	nej

Dansac Nova 2 Urostomi poser

Produktinformation

Anvendelsesområde:	Urostomi. Dansac Nova 2 urostomi posen (to-dels produkt) består af 3 lag som forhindrer tilbageløb og nedsætter risikoen for infektion.
Afløbsventil:	Det er let at tømme posen, afløbsventilen kan åbnes og lukkes med én hånd. Ventilen er sikker - den lækker ikke. En enkel, pålidelig "klik"-kobling til en afløbspose gør den let at bruge.
Posefilm:	Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.
Backing:	Posen har en non-woven stofbeklædning på den ene side, der er vandafvisende.
Sortiment:	



Dansac Nova 2 Urostomi
Lukning: afløbsventil der kan kobles til afløbspose
Kapacitet: 330 ml
Hudfarvet: Ref 1217-36 til 1217-55.
Klar: Ref 1218-36 til 1218-55