



Varenummer 232884

Testrør, Uricult



Produktbeskrivelse

Anvendes til påvisning af urinvejsinfektion. Består af et sterilt plastrør, hvori der sidder en dipslide. Den ene side af sliden er pålagt CLED-agar, som tillader vækst af næsten alle typer bakterier. Den anden side af sliden er pålagt MacConkey-agar, som er selektiv, hvilket betyder, at den kun tillader vækst af Gram-negative bakterier samt i enkelte tilfælde enterokokker.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Testrør
Varemærke	Uricult
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	Minimum 30 dage
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	35 cm	34 cm	52.5 cm	
pk	10 stk	16 cm	6.5 cm	10 cm	6438115000242
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.