



Varenummer 232885

Testrør, Uricult Trio



Produktbeskrivelse

Anvendes til påvisning af E. coli i urinen. Har foruden CLED- og MacConkey-agar, som er karakteristiske for Uricult, et tredje substrat, som direkte påviser beta-glucuronidase aktiviteten, specifikt for 94-97% af E. coli stammerne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Testrør
Varemærke	Uricult
Vareserie	Trio
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	Minimum 30 dage
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	35 cm	34 cm	52.5 cm	
pk	10 stk	16 cm	6.5 cm	10 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.